

DRUG

INFORMATION



2007 No. 18

平成19年6月28日発行

1. 厚生労働省 医薬品・医療機器等安全性情報 No.237	1
[1] UHF 帯 RFID 機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペース メーカー等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について	3
[2] 重要な副作用等に関する情報	15
① ガドジアミド水和物	15
② カベルゴリン	16
③ メシル酸ペルゴリド	19
④ リスベリドン	21
[3] 使用上の注意の改訂について（その 187）	23
(1) アンピロキシカム他（7 件）	23
(2) 人工心肺装置を構成する人工肺、血液ポンプ、血液回路等の医療機器	25
[4] 市販直後調査の対象品目一覧	26
(参考資料)	
1. 重篤副作用疾患別対応マニュアルについて	28
2. 人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン	31
2. 新規院外処方医薬品添付文書情報	39
－平成 19 年 6 月 16 日登録薬品（追加分）－	39
－平成 19 年 7 月 1 日登録薬品－	40
－平成 19 年 7 月 16 日登録薬品－	42
3. 医薬品等安全性情報報告の依頼について	45

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
(内線 7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

医薬品・医療機器等 安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information
No. 237

目次

1. UHF帯RFID機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について	3
2. 重要な副作用等に関する情報	15
1 ガドジアミド水和物	15
2 カベルゴリン	16
3 メシル酸ペルゴリド	19
4 リスペリドン	21
3. 使用上の注意の改訂について（その187）	
(1) アンピロキシカム他（7件）	23
(2) 人工心肺装置を構成する人工肺，血液ポンプ，血液回路等の医療機器	25
4. 市販直後調査の対象品目一覧	26
（参考資料）	
1. 重篤副作用疾患別対応マニュアルについて	28
2. 人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン	31

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用等の情報をもとに、医薬品・医療機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ
(<http://www.info.pmda.go.jp/>) 又は厚生労働省ホームページ (<http://www.mhlw.go.jp/>) から入手可能です。

平成19年（2007年）6月

厚生労働省医薬食品局

●連絡先

☎100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省医薬食品局安全対策課

☎

03-3595-2435（直通）

03-5253-1111（内線）2755, 2753, 2751

(Fax) 03-3508-4364

【情報の概要】

No.	医薬品等	対策	情報の概要	頁
1	UHF帯RFID機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について		各種電波利用機器による植込み型医療機器への影響については、これまでも「医薬品・医療機器等安全性情報」により注意喚起を行ってきたところである。今般、総務省は新たにUHF帯RFID機器及び1.7GHz帯W-CDMA方式携帯電話端末から発射される電波に関する調査結果を受け、従来の「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」を一部改正したため、本調査研究の内容を紹介するとともに、注意喚起を行うものである。	3
2	ガドジアミド水和物他（3件）	Ⓔ Ⓕ	平成19年4月19日及び4月27日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意のうち重要な副作用等について、改訂内容等とともに改訂の根拠となった症例の概要等に関する情報を紹介する。	15
3	(1) アンピロキシカム他（7件） (2) 人工心肺装置を構成する人工肺、血液ポンプ、血液回路等の医療機器		使用上の注意の改訂について（その187）	23
4	市販直後調査対象品目		平成19年6月1日現在、市販直後調査の対象品目一覧を紹介する。	26

Ⓔ：緊急安全性情報の配布 Ⓔ：使用上の注意の改訂 Ⓕ：症例の紹介

厚生労働大臣への副作用等報告は、医薬関係者の業務です。

医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者は、医薬品や医療機器による副作用、感染症、不具合を知ったときは、直接又は当該医薬品等の製造販売業者を通じて厚生労働大臣へ報告してください。

なお、薬種商販売業や配置販売業の従事者も医薬関係者として、副作用等につき、報告することが求められています。

1

UHF帯RFID機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について

各種電波利用機器による植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器（以下「植込み型医療機器」という。）への影響については、「医薬品・医療機器等安全性情報」のNo.136（平成8年3月号）、No.137（平成8年5月号）、No.143（平成9年6月号）、No.155（平成11年6月号）、No.173（平成14年1月号）、No.179（平成14年7月号）、No.190（平成15年6月号）、No.203（平成16年7月号）、No.216（平成17年8月号）及びNo.226（平成18年6月号）において累次、注意喚起を行ってきたところである。

総務省においては、平成12年度より「電波の医療機器等への影響に関する調査研究」を実施している。今般、総務省は新たにUHF帯RFID機器*¹（ハンディタイプ、据置きタイプ及び機器内蔵タイプ）及び1.7GHz帯W-CDMA方式携帯電話端末から発射される電波が植込み型心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について調査を行った。その結果、本年4月24日に「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」（以下「指針」という。）を一部改正し、公表した。本稿においては、今般総務省が実施した調査研究の内容を紹介するとともに、その結果を踏まえ医療関係者を通じ植込み型医療機器装着者に対する注意喚起を行うこととした。

なお、総務省による今般の調査研究報告書等は総務省ホームページ「電波の医療機器等への影響に関する調査結果について」[http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070424_5.html]より閲覧できるので適宜参照されたい。

1. 経緯

RFID機器及び携帯電話端末等から発射される電波が植込み型医療機器等に及ぼす影響については、これまで本誌において紹介をしてきたところである。RFID機器については、平成17年度にUHF帯の周波数を用いた機種 of 市場への投入が開始されており、携帯電話端末についても、前回調査が実施された平成17年度以降にも新方式や新機種が市場に投入されてきている。このような状況から、今般、総務省においてUHF帯RFID機器及び1.7GHz帯W-CDMA方式携帯電話端末から発射された電波が植込み型医療機器に及ぼす影響について調査研究を行い、その調査結果が公表されたことから、医療機関、医療従事者、医療機器業者等に対し紹介することとした。

2. 調査概要

UHF帯RFID機器及び1.7GHz帯W-CDMA方式携帯電話端末の代表的機種*²から発射される電波が、現在使用されている植込み型医療機器の代表的機種*²へ及ぼす影響について、その影響が最も大きくなると考えられる実験条件を設定して調査が実施された。

(1) UHF帯RFID機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響

①据置きタイプのRFID機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

- ・ 植込み型心臓ペースメーカー

据置きタイプのRFID機器のうち、「高出力型950MHz帯パッシブタグシステム*³」の一部の機器について、最大75cmの距離で「持続的な動悸、めまい等の原因になりうるが、その場から離れる等、患者自身の行動で原状を回復できるもの」とする可逆的な影響を生じる場合があることが確認された。

- ・ 植込み型除細動器

最大10cmの距離で不要除細動ショック*⁴を生じる場合があることが確認された。

②ハンディタイプのRFID機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

影響は確認されなかった。

③機器内蔵タイプのRFID機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

影響は確認されなかった。

(2) 1.7GHz帯W-CDMA方式の携帯電話端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響

- ・ 植込み型心臓ペースメーカー

最大1cm未満の距離で影響を生じる場合があることが確認された。

- ・ 植込み型除細動器

影響は確認されなかった。

3. 指針の改正概要

今般の電波の植込み型医療機器への影響に関する調査の結果に基づき、据置きタイプのRFID機器のうち、「高出力型950MHz帯パッシブタグシステム」から発射される電波により、植込み型心臓ペースメーカーに影響が生じることがないようにするため、指針に以下の内容が追加された。

据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム）

- ① 植込み型医療機器の装着者は、据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム）が設置されている場所及びRFIDステッカ（図1と図2を組み合わせたもの）が添付されている場所の半径1m以内には近づかないこと。
- ② 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医に相談すること。
- ③ 植込み型医療機器に対する据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム）の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。



図1 RFIDステッカ



図2 据置きタイプRFID機器用ステッカ
(高出力型950MHz帯パッシブタグシステム)

4. 医療関係者へのお願い

植込み型医療機器装着者に対して、今回の指針改正内容及び以下の注意事項について周知をお願いするとともに、患者が小児の場合には、保護者への指導の徹底も併せてお願いしたい。

●植込み型医療機器装着者に対する注意事項

(1) RFID機器について

①据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム機器に限る）

今回の指針改正では、新たにUHF帯RFID機器に関して「据置きタイプ高出力型950MHz帯RFID機器の半径1m以内には近づかないこと」とする内容が追加されている。本指針の改正は植込み型医療機器を通常の使用条件とは異なる最高感度に設定して得られた結果に基づいて行われたものであり、一般的な条件で使用されている植込み型医療機器において影響が認められた不具合事例はこれまで報告されていない。また、当該機器は、主に荷物の保管、構内作業、輸送に使用されるコンテナやパレットなどに貼付したタグの一括読み取りを目的としたものであるため、現状では倉庫などの限定された場所で使用されている。以上のことから、日常生活の上で直ちに影響を生じる可能性は極めて低いと考えられるが、予防的措置として図1及び図2のステッカが貼付されているRFID機器の周囲1m以内には近づかないよう注意をお願いしたい。なお、設置場所等の情報は、総務省[<http://www.soumu.go.jp/>]及び（社）日本自動認識システム協会（JAISA）のホームページ[<http://www.jaisa.or.jp/>]等を参照していただきたい。

また、該当するRFID機器の周囲において体調に何らかの変化を感じた場合は、担当の医師に相談するようお願いしたい。

②ハンディタイプ、据置きタイプ（高出力型950MHz帯パッシブタグシステムを除く）、及び機器内蔵タイプのRFID機器

平成17年度の調査結果によって示された指針に準じ、「植込み型心臓ペースメーカ等の装着部位

から22cm程度以内に近づけないこと」とされているので、従来のRFID機器と同様の注意が必要である。

(2) 携帯電話端末について

今般の調査研究による指針の改正はないため、引き続き現行指針（22cm）を守るよう注意をお願いしたい。

表1 今般の植込み型医療機器と各種電波利用機器に関する指針の改正概要

			従来の指針	改正指針
携帯電話端末			22cm程度以上 離すこと	(変更なし)
RFID機器（下記周波数帯以外のもの）			22cm程度以内に 近づけないこと	
UHF帯RFID機器	据置き タイプ	高出力型950MHz帯 パッシブタグシステム	---	1m以内に 近づかないこと
		上記を除く		22cm程度以内に 近づけないこと
	ハンディタイプ			
	機器内蔵タイプ			

〈参考〉

- * 1 RFID (Radio Frequency Identification) 機器：電子回路を内蔵したタグとリーダライタの間で非接触で通信を行うことによりタグのデータを読み書きすることが可能な機器であり，物流，在庫管理や商品等の精算など，様々な分野で利用されている。

また，リーダライタの形状から次のような種類がある。

- ・ゲートタイプ：リーダライタがゲート状に設置されるもの
- ・ハンディタイプ：リーダライタを手を持つなど携帯して使用するもの
- ・据置きタイプ：リーダライタを据え置いて使用するもの
- ・機器内蔵タイプ：プリンタ等に内蔵して使用するもの

- * 2 調査で用いられた無線機器及び植込み型医療機器

①無線機器

以下の機種について調査を実施した。

- ・UHF帯（950MHz帯）RFID機器：17機種
- ・1.7GHz帯W-CDMA方式の携帯電話端末：1機種

注：調査に使用された（17種類）のタイプ別内訳

ハンディタイプ：3機種 据置きタイプ：12機種 機器内蔵タイプ：2機種

なお，アンテナの設置によってゲートを構成しているタイプについて，本調査では据置きタイプに含めている。

②植込み型医療機器

現在使用されている植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器の代表的機種について調査を実施した。

- ・植込み型心臓ペースメーカー：31機種
- ・植込み型除細動器：14機種
- * 3 高出力型950MHz帯パッシブタグシステム：比較的長距離の通信が可能なUHF帯（950MHz帯）の電波を利用するRFID機器。例えば、コンテナやパレットなどに貼付したタグの一括読み取り等のアプリケーションに使用されることが想定されている。
- * 4 不要除細動ショック：心室細動がないにもかかわらず、植込み型除細動器の除細動機能が働く現象のこと。

5. その他

総務省より、平成18年度までに実施した調査の結果をもとに、平成19年4月付けで「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」のとりまとめが別添のとおり公表されたので参考までに紹介する。

各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針

平成19年4月
総務省

近年、携帯電話をはじめとする様々な無線システムが日常生活の中で重要な役割を果たすようになっており、電波を発射する機器が身近なところで利用される機会が増大しています。このような電波を発射する機器（ここでは「電波利用機器」といいます。）には、携帯電話端末のほかに、PHS端末、ワイヤレスカード（非接触ICカード）システム、電子商品監視（EAS）機器、RFID機器（電子タグの読み取り機）、無線LAN機器などが含まれますが、これらと電気・電子機器が近接すると、電波利用機器から発射される電波により電気・電子機器に誤動作等の影響が発生する場合があります。

電気・電子機器の中でも、体内に植え込んで使用する心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器については、電波利用機器からの電波により誤動作が発生した場合に健康に悪影響が生じる可能性があることから、電波利用機器の利用者、植込み型医療機器の装着者、双方の機器の製造者等が影響の発生・防止に関する情報を共有し、影響の防止に努めていくことが重要です。

植込み型医療機器への影響の発生・防止に関する情報としては、平成9年に不要電波問題対策協議会（学識経験者、関係省庁、関係業界団体等から構成。現在の電波環境協議会。事務局：（社）電波産業会。）により、医療機関の医療電気機器をも対象とした「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」が策定されています。総務省では、その後、新たな方式による携帯電話端末が使用されるようになったこと、新たな電波利用機器の利用が拡大してきたことなどを踏まえ、各種の電波利用機器から発射される電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響について調査を実施し、その結果を公表してきましたが、平成17年8月、平成16年度までに実施した調査の結果を基に、各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針として取りまとめを行いました。その後、平成17年度に800MHz帯W-CDMA方式の携帯電話端末について、平成18年度に1.7GHz帯W-CDMA方式の携帯電話端末とUHF帯RFID機器についての調査を実施し、その結果を踏まえて、指針の見直しを行いました。

調査に当たっては、関係団体等の協力を得て、調査時点において市場に出回っている代表的な機種を網羅するように調査対象を選定しましたが、市場に出回っているすべての機種を調査対象としたわけではなく、調査後に新たな機種が市場に出されることなどもあります。また、専門家により妥当と認められる方法により試験を行っていますが、あらゆる環境条件等を考慮しているわけではありません。このため、指針の活用に当たっては、このような点を十分に考慮する必要があります。

総務省では、安全で安心な電波利用環境の整備・維持のため、今後必要に応じてこの指針の見直しを行っていきます。電波利用機器の利用者や植込み型医療機器の装着者は、この指針やその他の有益な情報を参考にして影響の防止に努めることが重要です。また、

電波利用機器や植込み型医療機器の製造者等は、必要以上に強い電波を発射しない機器の開発・製造や電波の影響を排除する能力の高い機器の開発・製造などにより影響の防止に努めることが重要です。さらに、関係者は、影響の防止のために有益な情報の周知などを行い、情報の共有に努めることが重要です。

1 携帯電話端末及びPHS 端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針

ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から22cm程度以上離すこと。

また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、十分に注意を払うこと。

イ 植込み型医療機器の装着者は、PHS 端末の使用に当たっては、アの携帯電話端末と同様に取り扱うこと。

〔 PHS 端末を植込み型医療機器へ近づけた場合に全く影響を受けないわけではなく、また、PHS 端末と携帯電話端末が外見上容易に区別が付きにくく、慎重に取り扱うという意味で、携帯電話端末と同様に取り扱うことが望ましい。 〕

ウ 携帯電話端末及びPHS 端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者と近接した状態となる可能性がある場所（例：満員電車等）では、その携帯電話端末等の電源を切るよう配慮することが望ましい。

2 ワイヤレスカード（非接触ICカード）システムの電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針^{（注）}

ア 心臓ペースメーカ装着者は、ワイヤレスカードシステムのリーダライタ部（アンテナ部）から心臓ペースメーカの装着部位を12cm程度以上離すこと。

イ 除細動器装着者は、日常生活において特別にワイヤレスカードシステムを意識する必要はないが、除細動器装着部位をワイヤレスカードシステムのリーダライタ部（アンテナ部）に密着させることは避けるべきである。

ウ ワイヤレスカードシステムの製造業者等は、リーダライタ部（アンテナ部）を明確に認識できるよう表示等を工夫することが影響防止に有効である。また、断続磁界モードは、影響が大きくなるので、できる限り連続磁界モードを利用することが影響防止には有効である。

注：本指針の対象としているワイヤレスカード（非接触ICカード）システムとは、外部の読み取り装置（リーダライタ部）とこれが発信する弱い電波を利用してデータを送受信するICカードからなるもので、各種交通機関や入退出管理等で用いられている。

3 電子商品監視（EAS）機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針^{（注）}

ア 植込み型医療機器の装着者は、EAS 機器が設置されている場所及びEAS ステッカ（下図）が貼付されている場所では、立ち止まらず通路の中央をまっすぐに通過すること。

イ 植込み型医療機器の装着者は、EAS 機器の周囲に留まらず、また、寄りかかったりしないこと。

ウ 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医師に相談すること。

エ 植込み型医療機器に対するEAS機器の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。



図 EASステッカ

注：本指針の対象としている電子商品監視（EAS）機器とは、感知ラベルやタグを貼り付けた商品がレジカウンターで精算されずにこの機器のセンサーを通過したときに警報音を発することにより商品の不正持出しを防止する機器のことである。

※ 図のEASステッカは、日本EAS機器協議会の許諾を得て使用しています。

4 RFID機器（電子タグの読み取り機）の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針（注1）

(1) ゲートタイプRFID機器（注2）

ア 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプRFID機器が設置されている場所及びRFIDステッカ（図1）が貼付されている場所では、立ち止まらずに通路の中央をまっすぐに通過すること。

イ 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプRFID機器の周囲に留まらず、また、寄りかかったりしないこと。

ウ 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医師に相談すること。

エ 植込み型医療機器に対するゲートタイプRFID機器の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。

(2) 据置きタイプRFID機器^(注2)（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム^(注3)）に限る。以下(2)において同じ。）

ア 植込み型医療機器の装着者は、据置きタイプRFID機器が設置されている場所及びRFIDステッカ（図1と図2のステッカを組み合わせたもの。）が貼付されている場所の半径1m以内には近づかないこと。

イ 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医に相談すること。

ウ 植込み型医療機器に対する据置きタイプRFID機器の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。

(3) ハンディタイプ、据置きタイプ（高出力型950MHz帯パッシブタグシステムを除く。以下(3)において同じ。）及びモジュールタイプのRFID機器^(注2)

ア ハンディタイプRFID機器の操作者は、ハンディタイプRFID機器のアンテナ部を植込み型医療機器の装着部位より22cm程度以内に近づけないこと。

イ 植込み型医療機器の装着者は、装着部位を据置きタイプ及びモジュールタイプのRFID機器のアンテナ部より22cm程度以内に近づけないこと。

ウ 植込み型医療機器に対するハンディタイプ、据置きタイプ及びモジュールタイプのRFID機器の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。



図1 RFIDステッカ




図2 据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム）用ステッカ

注1：ここでは、公共施設や商業区域などの一般環境下で使用されるRFID機器を対象としており、工場内など一般人が入ることができない管理区域でのみ使用されるRFID機器（管理区域専用RFID機器）については対象外としている。なお、管理区域専用RFID機器については、（社）日本自動認識システム協会において、一般環境への流出を防止するため、取扱説明書等に注意書きを記載するとともに、管理区域専用RFID機器用ステッカ（図3）を貼付することとされている。



図3 管理区域専用RFID機器用ステッカ

注2：ここでは、RFID機器をリーダライタの形状から次のように分類している。

- ゲートタイプ：リーダライタがゲート状に設置されるもの
- ハンディタイプ：リーダライタを手につくなど携帯して使用するもの
- 据置きタイプ：リーダライタを据え置いて使用するもの
- モジュールタイプ：プリンタ等に内蔵して使用するもの




図4 各タイプのRFID機器

注 3：比較的長距離の通信が可能なUHF帯（950MHz帯）の電波を利用するRFID機器。
例えば、コンテナやパレットなどに貼付したタグの一括読み取り等のアプリケーションに使用されることが想定される。

※ 図1及び図3のRFIDステッカは、（社）日本自動認識システム協会の許諾を得て使用しています。
また、図2の据置きタイプRFID機器（高出力型950MHz帯パッシブタグシステム）用ステッカは、ペースメーカー協議会の許諾を得て使用しています。

5 無線LAN機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための対応

無線LAN機器によって影響を受けた植込み型医療機器は、1機種であったことから、厚生労働省の協力を得て、医療機関を通じ同機種の利用者全員に対して、試験結果に基づく注意喚起が行われている。

よって、現時点で特段の注意をされていない植込み型医療機器の装着者は、無線LAN機器に対しては特別の注意は必要としない。

2

重要な副作用等に関する情報

平成19年4月19日及び4月27日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意のうち重要な副作用等について、改訂内容等とともに改訂の根拠となった症例の概要等に関する情報を紹介いたします。

1 ガドジアミド水和物

販売名（会社名）	オムニスキャン，同シリンジ（第一三共）
薬効分類等	その他の診断用薬
効能効果	磁気共鳴コンピューター断層撮影における下記造影。 ○脳・脊髄造影 ○躯幹部・四肢造影

《使用上の注意（下線部追加改訂部分）》

〔原則禁忌〕

重篤な腎障害のある患者〔腎性全身性線維症を起こすことがある。また、本剤の主たる排泄経路は腎臓であり、腎機能低下患者では、排泄遅延から急性腎不全等の症状が悪化するおそれがある。〕

〔副作用 （重大な副作用）〕

腎性全身性線維症（Nephrogenic Systemic Fibrosis, NSF）：重篤な腎障害のある患者において、腎性全身性線維症があらわれることがあるので、投与後も観察を十分に行い、皮膚のそう痒、腫脹、硬化、関節の硬直、筋力低下等の異常の発生には十分留意すること。

- 〈参 考〉 直近約3年間（平成16年4月1日～平成19年3月31日）の副作用報告（因果関係が否定できないもの）の件数
- ・腎性全身性線維症：1例（うち死亡0例）
- 関係企業が推計したおおよその年間使用者数：約50万人（平成18年4月～平成19年3月）
販売開始：平成8年6月

症例の概要

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	男 20代	MRI造影検査 (慢性腎不全, 脊髄馬尾神経 鞘腫術後, て んかん, C型 肝炎, 甲状腺 乳頭癌, 心房 細動, 被嚢性 腹膜硬化症)	10mL 1 回	腎性全身性線維症 腹膜透析施行患者, 甲状腺機能は正常, C型肝炎はPCRでウイルス陰性維持を確認。 投 与 日 本剤10mL静脈投与。 投与 6 日後 前腕を中心に発赤, そう痒感, 膨隆疹出現。 投与17日後 下腿にも拡大し, その後, 四肢に著しい硬化が進行。 被嚢性腹膜硬化症のため, 腹膜透析から血液透析に変更。 関節可動域制限, 歩行困難。 投与約30日後 アルプロスタジルアルファデクス軟膏塗布開始。 投与49日後 被嚢性腹膜硬化症に対し, メチルプレドニゾロンパルス療法 (500mg/日) 施行 (投与65日後まで)。 投与63日後 被嚢性腹膜硬化症に対し, プレドニゾロン40mgから60mg/日に増量。 投与66日後 上肢の皮膚所見は一部に改善傾向を認めたが, 下肢は関節可動域制限, 歩行困難は継続。 皮膚表面は木のように硬化し痂皮状になっている (面積は若干縮小しているが, 2/3〜3/4は残存)。 間欠的に皮膚の強い疼痛を訴える。

臨床検査値

	投与日	投与 6 日後	投与13日後	投与73日後
血中クレアチニン (mg/dL)	9.8	10.1	10.3	6.4
BUN (mg/dL)	79	100	95	37
白血球数 (/mm ³)	16610	16170	9670	28560
赤血球数 (×10 ⁴ /mm ³)	423	403	354	241
血小板数 (×10 ⁴ /mm ³)	32	18.6	14.3	10.9
AST (GOT) (IU/L)	11	5	15	15
ALT (GPT) (IU/L)	51	24	85	24
γ-GTP (IU/L)	25	—	—	—
総ビリルビン (mg/dL)	0.4	—	—	—
CRP (mg/dL)	0.1	0.3	0.1	0.6

併用薬：リシノプリル, クロナゼパム, パンコール・B₂・B₆・ニコチン酸アミド配合剤, アルファカルシドール, ベシル酸アムロジピン, 硫酸鉄, プレドニゾロン, ファモチジン

2 カベルゴリン

販売名 (会社名)	カバサル錠0.25mg, 同錠1.0mg (ファイザー)
薬 効 分 類 等	抗パーキンソン剤
効 能 効 果	パーキンソン病 乳汁漏出症 高プロラクチン血性排卵障害 高プロラクチン血性下垂体腺腫 (外科的処置を必要としない場合に限る) 産褥性乳汁分泌抑制

《使用上の注意（下線部追加改訂部分）》

〔禁 忌〕

心エコー検査により、心臓弁尖肥厚、心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が確認された患者及びその既往のある患者〔症状を悪化させるおそれがある（「重要な基本的注意」の項参照）。〕

〔効能又は効果に関連する使用上の注意〕

パーキンソン病治療において、非麦角製剤の治療効果が不十分又は忍容性に問題があると考えられる患者のみに投与すること。〔「重要な基本的注意」及び「副作用」の項参照〕

〔重要な基本的注意〕

非麦角製剤と比較して、本剤を含む麦角製剤投与中の心臓弁膜症、線維症の報告が多いので、パーキンソン病に対する薬物療法について十分な知識・経験を持つ医師のもとで本剤の投与を開始するとともに、投与継続中はリスクとベネフィットを考慮すること。〔「副作用」の項参照〕
本剤の長期投与において心臓弁膜症があらわれることがあるので、投与前・投与中に以下の検査を行い、十分な観察を行うこと。なお、投与中止により改善がみられたとの報告例もある。

- 1) 本剤投与開始に際しては、聴診等の身体所見の観察、心エコー検査により潜在する心臓弁膜症の有無を確認すること。
- 2) 本剤投与中は、投与開始後3～6ヵ月以内に、それ以降は少なくとも6～12ヵ月毎に心エコー検査を行うこと。心エコー検査等により心臓弁尖肥厚、心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が認められた場合は、本剤の投与を中止すること。また、十分な観察（聴診等の身体所見、胸部X線、CT等）を定期的に行うこと。〔「副作用」の項参照〕

間質性肺炎、胸膜炎、胸水、胸膜線維症、肺線維症、心膜炎、心嚢液貯留、後腹膜線維症があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察するとともに、患者に対し、本剤の投与中に発熱、咳嗽、胸痛、息切れ、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、直ちに連絡するよう指導すること。〔「副作用」の項参照〕

〔副作用（重大な副作用）〕

胸膜炎、胸水、胸膜線維症、肺線維症、心膜炎、心嚢液貯留：胸膜炎、胸水、心嚢液貯留があらわれることがある。また、本剤の長期投与又はドパミン受容体刺激作用を有する麦角製剤の治療歴のある患者に本剤を投与した場合、胸膜線維症、肺線維症、心膜炎があらわれることがある。本剤の投与中に胸痛、浮腫、呼吸器症状等があらわれた場合には、速やかに胸部X線検査を実施し、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

心臓弁膜症：十分な観察（聴診等の身体所見、胸部X線、CT等）を定期的に行い、心雑音の発現又は増悪等があらわれた場合には、速やかに胸部X線検査、心エコー検査等を実施すること。心臓弁尖肥厚、心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

後腹膜線維症：後腹膜線維症が報告されているので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

〈参 考〉

直近約3年間（平成16年4月1日～平成19年3月31日）の副作用報告（因果関係が否定できないもの）の件数

- ・胸膜炎：2例（うち死亡0例）
- ・心嚢液貯留：1例（うち死亡0例）
- ・心臓弁膜症：7例（うち死亡0例）
- ・後腹膜線維症：1例（うち死亡0例）

関係企業が推計したおおよその年間使用者数：約7万人（平成18年）

販売開始：平成11年8月

症例の概要

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	男 70代	パーキンソン病 (高血圧, 胆石症)	2mg 910日間	胸膜炎 既往歴：舌の悪性新生物, 胃癌 投与開始日 パーキンソン病に対し, 本剤の投与を開始した。 投与約780日目 左胸痛が出現した。 投与786日目 胸部レントゲン写真で左胸水を認めた。胸水穿刺を実施した。胸水外観は血性で, 比重1.030, リバルタ (+), 細胞数2500, LDH499IU/L, 蛋白4.2g/dL, 糖74.4mg/dL, アデノシンデアミナーゼ33.1IU/Lであった。 投与793日目 胸水ドレナージを実施した。投与786日目及び投与793日目の胸水において悪性細胞はなく, 好酸球の増加があった。グラム染色は陰性であった。胸水外観は血性で, 比重1.025, リバルタ (+), 細胞数1825, LDH687IU/L, 蛋白3.5g/dL, 糖69.2mg/dL, アデノシンデアミナーゼ27.2IU/Lであった。 投与910日目 (投与中止日) 再び胸水ドレナージを実施した (LDH261IU/L, 蛋白3.1g/dL, 糖80.9mg/dL)。息切れ, 呼吸困難感があった。本剤による胸膜炎を考え本剤を中止した。 中止27日後 CT (肺) では, 胸水は減少傾向で, 胸痛は消失した。呼吸困難感, 息切れは軽減した。 中止42日後 自覚症状の軽減とともにCT上, 単純写真上の胸水は減少傾向にあり, 胸水ドレナージを行う必要はなくなった。
併用薬：塩酸セレギリン, レボドパ・カルビドパ, ウルソデオキシコール酸, アテノロール, ベシル酸アムロジピン				

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
2	男 70代	パーキンソン病 (便秘)	0.25mg 7 日間 ↓ 0.5mg 21日間 ↓ 1mg 14日間 ↓ 2mg 82日間	心嚢液貯留 既往歴：胆石症, 胆嚢切除 投与開始日 本剤0.25mgを投与開始した。 投与 8 日目 本剤を0.5mgに増量した。 投与29日目 本剤を1mgに増量した。 投与43日目 本剤を2mgに増量した。 投与115日目 労作時の息切れがあり, 両側胸水を認めた。 投与125日目 (投与中止日) 原因精査のため入院した。副作用を疑い本剤の投与を中止した。 中止 1 日後 心エコー上は心嚢液を認めたが, 心機能はほぼ正常であった。 中止 9 日後 聴診では異常なし, CTにて両側胸水を認めた。軽度の労作時呼吸困難を認めた。 中止17日後 胸部X線にて両側胸水あり。胸水量不変のため利尿剤 (スピロノラクトン50mg/日) を開始した。 中止23日後 CT上, 胸水はやや減少し, 心嚢液も減少した。 中止24日後 軽快した。 中止26日後 退院した。
併用薬：なし				

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用	
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
3	女 60代	パーキンソン病 (睡眠時無呼吸症候群，高コレステロール血症)	4mg 1554日間	心臓弁膜症（疑） 投与1386日前 施行した心エコー検査において弁膜症の所見はみられなかった。 投与開始日 本剤4mgの投与を開始した。 投与1386日目 血圧169/87mmHg（以前に比べて高値であった）。 投与1464日目 息切れが出現した。聴診所見上，心雑音があった。 投与1522日目 左心室の機能正常。壁運動正常。 軽度の三尖弁逆流，右室収縮期圧≒35mmHgと三尖弁逆流からすると収縮期肺動脈圧軽度上昇。 投与1527日目 心エコーの結果，大動脈弁閉鎖不全が判明した。本剤の漸減を開始した。 投与1549日目 ドブラ/断層Mモード 左心室壁から心室中隔にかけての壁運動低下，心筋壁厚の減少なし。 収縮率（参考値：58～89％）：55％，46％ 大動脈弁逆流：中程度，僧帽弁逆流：軽度，三尖弁逆流：軽度，右室収縮期圧31mmHg，肺動脈弁逆流：Ⅰ度 三尖弁の右冠尖と無冠尖に石灰化を認めた。三尖弁逆流を認めたが，その逆流ジェットの幅は0.48cmであった。 左心室の前側から心室中隔にかけて心臓壁の動きが低下している所見を認めた。 投与1554日目（投与中止日） 心エコー再検査の結果，大動脈閉鎖不全を認めた。本剤を中止した。	
併用薬：レボドパ・塩酸ベンセラジド，塩酸アマンタジン，塩酸セレギリン，アトルバスタチンカルシウム水和物，メシル酸ペルゴリド					

③ メシル酸ペルゴリド

販売名（会社名）	ベルマックス錠50 μ g，同錠250 μ g（日本イーライリリー） ベセラール錠50 μ g，同錠250 μ g（大洋薬品工業） ペルゴリド錠50 μ g「サワイ」，同錠250 μ g「サワイ」（メディサ新薬） ペルゴリン顆粒0.025%（ダイト） メシル酸ペルゴリド錠50 μ g「アメル」，同錠250 μ g「アメル」（共和薬品工業） メシル酸ペルゴリド錠50 μ g「メルク」，同錠250 μ g「メルク」（メルク製薬）
薬効分類等	抗パーキンソン剤
効能効果	パーキンソン病

《使用上の注意（下線部追加改訂部分）》

〔禁忌〕

心エコー検査により，心臓弁尖肥厚，心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が確認された患者及びその既往のある患者〔症状を悪化させるおそれがある（「重要な基本的注意」の項参照）。〕

〔効能又は効果に関連する使用上の注意〕

非麦角製剤の治療効果が不十分又は忍容性に問題があると考えられる患者のみに投与すること。〔「重要な基本的注意」及び「副作用」の項参照〕

[重要な基本的注意]

非麦角製剤と比較して、本剤を含む麦角製剤投与中の心臓弁膜症、線維症の報告が多いので、パーキンソン病に対する薬物療法について十分な知識・経験を持つ医師のもとで本剤の投与を開始するとともに、投与継続中はリスクとベネフィットを考慮すること。〔「副作用」の項参照〕
本剤の長期投与において心臓弁膜症があらわれることがあるので、投与前・投与中に以下の検査を行い、十分な観察を行うこと。なお、投与中止により改善がみられたとの報告例もある。

1) 本剤投与開始に際しては、聴診等の身体所見の観察、心エコー検査により潜在する心臓弁膜症の有無を確認すること。

2) 本剤投与中は、投与開始後3～6ヵ月以内に、それ以降は少なくとも6～12ヵ月毎に心エコー検査を行うこと。心エコー検査等により心臓弁尖肥厚、心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が認められた場合は、本剤の投与を中止すること。また、十分な観察（聴診等の身体所見、胸部X線、CT等）を定期的に行うこと。〔「副作用」の項参照〕

線維症があらわれることがあるので、本剤投与中は十分な観察（身体所見、X線、心エコー、CT等）を適宜行うことが望ましい。〔「副作用」の項参照〕

[副作用
(重大な副作用)]

心臓弁膜症：十分な観察（聴診等の身体所見、胸部X線、CT等）を定期的に行い、心雑音の発現又は増悪等があらわれた場合には、速やかに胸部X線検査、心エコー検査等を実施すること。心臓弁尖肥厚、心臓弁可動制限及びこれらに伴う狭窄等の心臓弁膜の病変が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

〈参 考〉

直近約3年間（平成16年4月1日～平成19年3月31日）の副作用報告（因果関係が否定できないもの）の件数

・心臓弁膜症：4例（うち死亡0例）

関係企業が推計したおおよその年間使用者数：約3万人（平成18年）

販売開始：平成6年8月

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 60代	パーキンソン病〔軽症〕 (高血圧、高脂血症)	250 μ g 約1ヵ月間 ↓ 1000 μ g 約6ヵ月間 ↓ 750 μ g 約15ヵ月間 ↓ 1000 μ g 約1ヵ月間 ↓ 1250 μ g 約3ヵ月間 ↓ 1000 μ g 約5ヵ月間	心弁膜疾患 投与4年前 投与開始日 投与約1年後 投与約2年後 投与約2年2ヵ月後 投与約2年5ヵ月後 投与約2年6ヵ月後 投与約2年7ヵ月後 投与約2年8ヵ月後	パーキンソン症候群発症。 250 μ gにて本剤投与開始。 (250～1250 μ g/日にて投与されていた。) カベルゴリン1mg/日を追加。 その後カベルゴリン4mg/日まで増量。 本剤1250 μ g投与中、動悸を自覚。 呼吸困難出現。本剤1000 μ gに減量。 呼吸困難増悪。心不全にて入院。心房細動を認める。 心エコーにて軽度の僧帽弁逆流を認めたが、三尖弁逆流は認めず。 軽快、退院。 動悸を自覚し意識消失。原因精査のため入院。 本剤750 μ gに減量。 退院。退院時体重73kg。 外来受診時、体重増加(75kg)を認め、フロセミド増量。 3日後(確認日)、体重76kgとなり、下肢の浮腫が出現。

		↓ 750 μ g 約 1 ヶ月間 ↓ 450 μ g 3 日間 ↓ 300 μ g 3 日間 ↓ 150 μ g 3 日間 ↓ 100 μ g 3 日間	投与約2年9ヵ月後 (投与中止日) レントゲン上、右胸水を認め、心不全にて再入院。入院後、利尿薬増量するも利尿が不良であり、心エコー施行。左室拡張末期径50mm程度であるが、僧帽弁逆流強く、僧帽弁後尖に可動制限を認めた。エコー像から腱索の機能不全と考えられた。本剤漸減。 本剤及びカベルゴリンの投与中止。経食道エコーでは、僧帽弁の可動性は若干改善傾向にあると思われた。しかし、その後の心エコー（経胸壁）では明らかな改善傾向は認められなかった。
併用薬：カベルゴリン、レボドパ・塩酸ベンセラジド、塩酸アマンタジン、メシル酸プロモクリプチン、塩酸セレギリン、フロセミド、メチルジゴキシン、ワルファリンカリウム、スピロノラクトン、酸化マグネシウム			

4 リスペリドン

販売名（会社名）	リスパダール細粒1%, 同錠1mg, 同錠2mg, 同錠3mg, 同内用液1mg/mL（ヤンセンファーマ）
薬効分類等	精神神経用剤
効能効果	統合失調症

《使用上の注意（下線部追加改訂部分）》

〔重要な基本的注意〕	本剤の投与により、高血糖や糖尿病の悪化があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡に至ることがあるので、本剤投与中は、口渇、多飲、多尿、頻尿等の症状の発現に注意するとともに、特に糖尿病又はその既往歴あるいはその危険因子を有する患者については、血糖値の測定等の観察を十分に行うこと。 本剤の投与に際し、あらかじめ上記の副作用が発現する可能性があることを、患者及びその家族に十分に説明し、口渇、多飲、多尿、頻尿等の異常に注意し、このような症状があらわれた場合には、直ちに投与を中断し、医師の診察を受けるよう、指導すること。
〔副作用（重大な副作用）〕	高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡：高血糖や糖尿病の悪化があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡に至ることがある。口渇、多飲、多尿、頻尿等の症状の発現に注意するとともに、血糖値の測定を行うなど十分な観察を行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。
〈参 考〉	直近約3年間（平成16年4月1日～平成19年3月8日）の副作用報告（因果関係が否定できないもの）の件数 ・糖尿病性ケトアシドーシス：3例（うち死亡1例） 関係企業が推計したおおよその年間使用者数：約41万7000人（平成18年度） 販売開始：平成8年6月

症例の概要

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用	
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	女 40代	統合失調症 (糖尿病，バ セドウ病)	3mg 127日間	糖尿病性ケトアシドーシス 投与約1年前 投与開始日 投与85日目 投与127日目 (投与中止日) 中止3日後 中止5日後 中止1ヵ月後	マレイン酸レボメプロマジン，塩酸チアプリドにて加療されていた。同時期より口渇，コーラ，コーヒー等の1.5L/日位の多飲水あり。3ヵ月に1回の外来採血にて，随時血糖は90～130mg/dLで耐糖能障害は指摘されていなかった。姉に糖尿病とバセドウ病の家族歴あり。 幻聴，被害関係妄想の訴えに伴い，塩酸チアプリドから本剤に変更された。 随時血糖293mg/dL，尿糖（2+）と初めて高血糖を指摘された。 食思不振出現。全薬剤投与中止。 ほぼ寝たきりとなった。 呼名に反応しなくなった。ER受診して，JCS300，血糖926mg/dL，BGA（pH7.14，AG34 μg/mL，BE－24mEq/L），尿ケトン体（2+）で糖尿病性ケトアシドーシスによる昏睡，脱水，感染症（CRP12.96mg/dL）として，入院となった。インスリン，補液などにより加療された。その後，抗GAD抗体45500，インスリン正常下限値であり，I型DM（SPIDDM）と診断された。TSHレセプター抗体陽性30.4%のため，バセドウ病と診断された。DM，バセドウ病，腹部の尋常性白斑より，自己免疫性多腺性症候群3型（PGA）と診断された。 インスリン自己注射を指導され，退院した。回復。
臨床検査値					
			投与開始日	投与85日目	中止5日後
血糖（mg/dL）			138	293	926
併用薬：マレイン酸レボメプロマジン，塩酸トリヘキシフェニジル，塩酸ビペリデン，ジアゼパム，タカヂアスターゼ・生薬配合剤，酸化マグネシウム，プロトボルフィリンナトリウム					

3

使用上の注意の改訂について (その187)

(1) 医薬品等

平成19年4月27日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意（本号の「2 重要な副作用等に関する情報」で紹介したものを除く。）について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせいたします。

1 〈解熱鎮痛消炎剤〉 アンピロキシカム

〔販売名〕	フルカムカプセル 13.5mg, 同カプセル 27mg (ファイザー) 他
〔副作用 (重大な副作用)〕	肝機能障害, 黄疸: AST (GOT) ・ ALT (GPT) の上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

2 〈解熱鎮痛消炎剤〉 ピロキシカム (経口剤, 坐剤)

〔販売名〕	バキソカプセル10, 同カプセル20, 同坐剤 (富山化学工業), フェルデンサポジトリ (ファイザー) 他
〔副作用 (重大な副作用)〕	肝機能障害, 黄疸: AST (GOT) ・ ALT (GPT) の上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

3 〈血管拡張剤〉 ニソルジピン

〔販売名〕	バイミカード錠5mg, 同錠10mg (バイエル薬品) 他
〔禁忌〕	ミコナゾールを投与中の患者
〔相互作用 (併用禁忌)〕	ミコナゾール

4 〈気管支拡張剤〉 テオフィリン (徐放性経口剤), (小児の用法・用量を有する製剤)

〔販売名〕	テオドールG20%, 同錠50mg, 同錠100mg, 同シロップ2%, 同ドライシロップ20% (三菱ウェルファーマ) 他
-------	--

[効能・効果に関連
する使用上の注意]

喘息性（様）気管支炎：発熱を伴うことが多く、他の治療薬による治療の優先を考慮すること（テオフィリン投与中に発現した痙攣の報告は、発熱した乳幼児に多い）。

5 〈その他の腫瘍用薬〉 オキサリプラチン

[販 売 名] エルプラット注射用100mg（ヤクルト本社）

[副作用
(重大な副作用)] 急性腎不全：間質性腎炎，尿細管壊死等により，急性腎不全等の重篤な腎障害があらわれることがあるので，観察を十分に行い，腎機能検査値（BUN，血清クレアチニン値等）に異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。

6 〈その他の腫瘍用薬〉 三酸化ヒ素

[販 売 名] トリセノックス注10mg（日本新薬）

[副作用
(重大な副作用)] 汎血球減少，無顆粒球症，白血球減少，血小板減少：汎血球減少，無顆粒球症，白血球減少，血小板減少があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

7 〈その他の化学療法剤〉 ミコナゾール

[販 売 名] フロリードF注，同F点滴静注用0.267%，同ゲル経口用（持田製薬）他

[禁 忌] ピモジド，キニジン，トリアゾラム，シンバスタチン，アゼルニジピン，ニソルジピン，酒石酸エルゴタミン，メシル酸ジヒドロエルゴタミンを投与中の患者

[相互作用
(併用禁忌)] アゼルニジピン，ニソルジピン

8 〈駆虫剤〉 イベルメクチン

[販 売 名] ストロメクトール錠3mg（萬有製薬）

[副作用
(重大な副作用)] 中毒性表皮壊死症（Lyell症候群），皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）：中毒性表皮壊死症（Lyell症候群），皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわれることがあるので観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。

(2) 医療機器

平成19年4月27日に改訂を指導した医療機器の使用上の注意について、改訂内容等をお知らせいたします。

1 人工心肺装置を構成する人工肺，血液ポンプ，血液回路等の医療機器

[使用上の注意] 本医療機器を用いた体外循環回路の接続・使用に当たっては，学会のガイドライン等，最新の情報を参考とすること。
＜参考＞日本心臓血管外科学会，日本胸部外科学会，日本人工臓器学会，日本体外循環技術医学会，日本医療器材工業会：人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン

4

市販直後調査の 対象品目一覧

(平成19年 6 月 1 日現在)

一般名 販売名	製造販売業者名	市販直後調査開始年月日
イトラコナゾール イトリゾール注 1 %	ヤンセンファーマ (株)	平成18年12月 6 日
ロピニロール塩酸塩 レキップ錠0.25mg, 同錠 1 mg, 同錠 2 mg	グラクソ・スミスクライン (株)	平成18年12月 6 日
ランソプラゾール タケブロン静注用30mg	武田薬品工業 (株)	平成18年12月 7 日
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド プレミネント錠	萬有製薬 (株)	平成18年12月 8 日
ポリドカノール ポリドカスクレオール0.5%注 2 mL, 同 1 %注 2 mL, 同 3 %注 2 mL	堺化学工業 (株)	平成18年12月14日
塩酸フェキソフェナジン アレグラ錠30mg	サノフィ・アベンティス (株)	平成19年 1 月 9 日
ペルフルブタン ソナゾイド注射用	第一三共 (株)	平成19年 1 月10日
ベメトレキセドナトリウム水和物 アリムタ注射用500mg	日本イーライリリー (株)	平成19年 1 月22日
レミフェンタニル塩酸塩 アルチバ静注用 2 mg, 同静注用 5 mg	ヤンセンファーマ (株)	平成19年 1 月22日
インフリキシマブ (遺伝子組換え) レミケード点滴静注用100* ¹	田辺製薬 (株)	平成19年 1 月26日
ザナミビル水和物 リレンザ* ²	グラクソ・スミスクライン (株)	平成19年 1 月26日
タクロリムス水和物 プログラフカプセル0.5mg, 同カプセル 1 mg* ³	アステラス製薬 (株)	平成19年 1 月26日
パクロフェン ギャバロン髄注0.005%, 同髄注0.05%, 同髄注0.2%* ⁴	第一三共 (株)	平成19年 1 月26日

ミカファンギンナトリウム		
ファンガード点滴用25mg, 同点滴用50mg, 同点滴用75mg* ⁵	アステラス製薬 (株)	平成19年 1 月26日
ルリオクトコグアルファ (遺伝子組換え)		
アドベイト注射用 250, 同注射用 500, 同注射用1000	バクスター (株)	平成19年 2 月22日
フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)		
フォリスチム注50, 同注75* ⁶	日本オルガノン (株)	平成19年 3 月16日
ペグインターフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え)		
ペガシス皮下注90 μ g, 同皮下注180 μ g* ⁷	中外製薬 (株)	平成19年 3 月16日
リバビリン		
コペガス錠200mg	中外製薬 (株)	平成19年 3 月16日
モダフィニル		
モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ (株)	平成19年 3 月28日
塩酸バラシクロビル		
バルトレックス顆粒50%* ⁸	グラクソ・スミスクライン (株)	平成19年 4 月18日
エンタカボン		
コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ (株)	平成19年 4 月19日

* 1：効能追加された「ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分な場合に限る）」

* 2：効能追加された「A型又はB型インフルエンザ感染症の予防」

* 3：効能追加された「ループス腎炎（ステロイド剤の投与が効果が不十分，又は副作用により困難な場合）」

* 4：用法追加された「小児」

* 5：効能追加された「造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防」

* 6：効能追加された「視床下部－下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」

* 7：効能追加された「リバビリンとの併用による以下のいずれかのC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善（1）セログループ1（ジェノタイプⅠ（1a）又はⅡ（1b））でHCV-RNA量が高値の患者（2）インターフェロン単独療法で無効又はインターフェロン単独療法後再燃した患者」

* 8：効能追加された「水痘」

重篤副作用疾患別対応マニュアルについて

重篤副作用疾患別対応マニュアルについては、「医薬品・医療機器等安全性情報」のNo.230（2006年11月号）において紹介したところであるが、今般、第2弾として「薬剤性過敏症症候群」、「急性腎不全」、「血小板減少症」等の副作用疾患のマニュアルを取りまとめ、厚生労働省ホームページ（<http://www.mhlw.go.jp/>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）に掲載しました。

今回公表した重篤副作用疾患別対応マニュアル名と主な初期症状を表1に、重篤副作用疾患別対応マニュアル一覧を表2に示します。

医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係者や患者の方々においては、本マニュアルをご活用いただき、重篤な副作用の早期発見・早期対応に努めていただければ幸いです。

表1 今回公表した重篤副作用疾患別対応マニュアル

マニュアル名	主な初期症状
薬剤性過敏症症候群	「皮ふの広い範囲が赤くなる」、「高熱（38℃以上）」、「のどの痛み」、「全身がだるい」、「食欲が出ない」、「リンパ節がはれる」
急性腎不全	「尿量が少なくなる」、「ほとんど尿が出ない」、「一時的に尿量が多くなる」、「発疹」、「むくみ」、「体がだるい」
間質性腎炎（尿細管間質性腎炎）	「発熱」、「発疹」、「関節の痛み」、「はき気、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状」、「むくみ」、「尿量が少なくなる」
血小板減少症	「手足に点状出血」、「あおあざがしやすい」、「出血しやすい（歯ぐきの出血・鼻血・生理が止まりにくい）」
血栓症（血栓塞栓症、塞栓症、梗塞）	「手足のまひやしびれ」、「しゃべりにくい」、「胸の痛み」、「呼吸困難」、「片方の足の急激な痛みや腫れ」
出血傾向	「手足に点状出血」、「あおあざがしやすい」、「鼻血」、「歯ぐきの出血」、「便が黒くなる（タール便）」
播種性血管内凝固（全身性凝固亢進障害、消費性凝固障害）	「あおあざがしやすい」、「鼻血」、「歯ぐきの出血」、「血尿」、「鮮血便」、「目（結膜）の出血」、「意識障害」、「呼吸困難」、「どうき」、「息切れ」、「尿が出なくなる」、「黄疸」
薬剤性貧血（溶血性貧血、メトヘモグロビン血症、赤芽球ろう、鉄芽球性貧血、巨赤芽球性貧血）	「顔色が悪い」、「疲れやすい」、「だるい」、「頭が重い」、「どうき」、「息切れ」
無顆粒球症（顆粒球減少症、好中球減少症）	「突然の高熱」、「さむけ」、「のどの痛み」
再生不良性貧血（汎血球減少症）	「あおあざがしやすい」、「歯ぐきや鼻の粘膜からの出血」、「発熱」、「のどの痛み」、「皮膚や粘膜があおじろくみえる」、「疲労感」、「どうき」、「息切れ」、「気分が悪くなりくらっとする」、「血尿」

表2 重篤副作用疾患別対応マニュアル一覧（作成作業中のものも含む）

領域	学会名	対象副作用疾患
皮膚	日本皮膚科学会	○スティーブンス・ジョンソン症候群 ○中毒性表皮壊死症 ○薬剤性過敏症症候群 急性汎発性発疹性膿疱症
肝臓	日本肝臓学会	薬物性肝障害
腎臓	日本腎臓学会	○急性腎不全 ○間質性腎炎 ネフローゼ症候群
血液	日本臨床血液学会	○再生不良性貧血 ○出血傾向 ○薬剤性貧血 ○無顆粒球症 ○血小板減少症 ○血栓症 ○播種性血管内凝固 血栓性血小板減少症紫斑病 ヘパリン起因性血小板減少症
呼吸器	日本呼吸器学会	○間質性肺炎 ○非ステロイド性抗炎症薬による喘息発作 ○急性肺損傷・急性呼吸窮迫症候群 肺水腫 急性好酸球性肺炎 肺胞出血
消化器	日本消化器病学会	麻痺性イレウス 消化性潰瘍 偽膜性大腸炎 膵炎（急性膵炎）
心臓・循環器	日本循環器学会	心室頻拍 うっ血性心不全
神経・筋骨格系	日本神経学会	○薬剤性パーキンソニズム ○横紋筋融解症 ○白質脳症 末梢神経障害 無菌性髄膜炎 急性散在性脳髄膜炎 ギラン・バレー症候群 ジスキネジア 痙攣・てんかん
精神	日本臨床精神神経薬理学会	悪性症候群 うつ状態

代謝・内分泌	日本内分泌学会	○偽アルドステロン症 甲状腺中毒症 甲状腺機能低下症
	日本糖尿病学会	低血糖 高血糖
過敏症	日本アレルギー学会	アナフィラキシー 蕁麻疹・血管浮腫
感覚器（眼）	日本眼科学会	網膜・視路障害 緑内障
口腔	日本口腔外科学会	薬物性口内炎
骨	日本口腔外科学会	顎骨壊死
	日本整形外科学会	骨粗鬆症
泌尿器	日本泌尿器科学会	尿閉（排尿困難）

注）掲載済みのマニュアルには，「○」を付けている。

人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた 安全教育等に関するガイドライン

平成 18 年度医薬品等適正使用推進事業として、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会の協力を得て、「人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン」がまとまりましたので紹介します。

参考として、初期教育に用いる人工心肺装置の標準的接続方法等（3 種類の回路の接続図及び確認事項）を掲載します。

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| { | 図 1 | 接続例 1：静脈血貯血槽を有する回路 |
| | 図 2 | 接続例 2：動脈血貯血槽を有する回路 |
| | 図 3 | 接続例 3：貯血槽を有さない回路 |

なお、当該ガイドラインについては、厚生労働省ホームページに全文を掲載しています（<http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/tp0427-10.html>）。

委員長	許	俊	鋭	埼玉医科大学心臓血管外科	
委員	四	津	良	平	慶應義塾大学心臓血管外科
同	富	澤	康	子	東京女子医科大学心臓血管外科
同	林		裕	樹	名古屋医療センター臨床工学室
同	寺	井	大	輔	テルモ株式会社

分担執筆	百	瀬	直	樹	自治医科大学大宮医療センター臨床工学部
同	又	吉		徹	慶應義塾大学医用工学センター
同	関	口		敦	埼玉医科大学病院ME サービス部
同	吉	田		謙	埼玉医科大学病院ME サービス部
同	津	藤		保	泉工医科工業株式会社

協力	加藤	木	利	行	埼玉医科大学心臓血管外科
同	安	達	秀	雄	自治医科大学附属大宮医療センター心臓血管外科

接続例 1：静脈血貯血槽を有する回路

◎必須 ○推奨

脱血回路

- ◎ 接続部では、脱血回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。
- ◎ 補助脱血手段を用いて脱血を行う場合には、回路内圧を監視できる手段を有すること。
- 循環血液量の不足を迅速に補うための手段を有すること。

ポンプ回路

- ◎ ポンプ出口の回路内圧を監視できる手段を有すること。

送血回路

- ◎ 接続部では、送血回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ 気泡や異物を除去できる手段を有すること。
- ◎ 気泡や異物を除去できる部品と接続される気泡除去ラインには逆流を防止する手段を有すること。
- ◎ 送血回路内圧を監視できる手段を有すること。
- 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。

吸引回路

- ◎ 接続部では、吸引回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ ポンプを用いてベントを行う場合には、逆流を防止する手段を有すること。

ガスライン

- ◎ 清潔なチューブを使用すること。
- ◎ 接続部ではガスラインであることが判断できる手段を有すること。
- ガスラインには異物を除去できる手段を有すること。

付属回路

(1) 採血ライン

- ◎ 送血回路への逆流を防止する手段を有すること。

その他

(1) 注意事項

- ◎ 陰圧吸引補助脱血を行う場合には、3学会合同陰圧吸引補助脱血体外循環検討委員会の勧告項目を備えること。
- 体外循環開始前に回路内の異物を除去できる手段を有すること。




図1 接続例1：静脈血貯血槽を有する回路

接続例 2：動脈血貯血槽を有する回路

◎必須 ○推奨

脱血回路

- ◎ 接続部では、脱血回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。
- ◎ 補助脱血手段を用いて脱血を行う場合には、回路内圧を監視できる手段を有すること。
- 循環血液量の不足を迅速に補うための手段を有すること。

送血回路

- ◎ 接続部では、送血回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ 気泡や異物を除去できる手段を有すること。
- ◎ 気泡や異物を除去できる部品と接続される気泡除去ラインには逆流を防止する手段を有すること。
- ◎ 送血回路内圧を監視できる手段を有すること。
- 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。

吸引回路

- ◎ 接続部では、吸引回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ ポンプを用いてベントを行う場合には、逆流を防止する手段を有すること。

ガスライン

- ◎ 清潔なチューブを使用すること。
- ◎ 接続部ではガスラインであることが判断できる手段を有すること。
- ガスラインには異物を除去できる手段を有すること。

付属回路

(1) 採血ライン

- ◎ 送血回路への逆流を防止する手段を有すること。

その他

(1) 注意事項

- 体外循環開始前に回路内の異物を除去できる手段を有すること。




図2 接続例2：動脈血貯血槽を有する回路

接続例 3：貯血槽を有さない回路

◎必須 ○推奨

脱血回路

- ◎ 接続部では、脱血回路であることが判断できる手段を有すること。
- ◎ 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。
- ◎ 補助脱血手段を用いて脱血を行う場合には、回路内圧を監視できる手段を有すること。
- 貯血槽を有さない回路の場合、気泡や異物を除去できる手段を有すること。
- 循環血液量の不足を迅速に補うための手段を有すること。

ポンプ回路

- ◎ ポンプ出口の回路内圧を監視できる手段を有すること。

送血回路

- ◎ 接続部では、送血回路であることが判断できる手段を有すること。
- 患者組織への十分な酸素供給を監視できる手段を有すること。

ガスライン

- ◎ 清潔なチューブを使用すること。
- ◎ 接続部ではガスラインであることが判断できる手段を有すること。
- ガスラインには異物を除去できる手段を有すること。

付属回路

(1) 採血ライン

- ◎ 送血回路への逆流を防止する手段を有すること。

その他

(1) 注意事項

- 体外循環開始前に回路内の異物を除去できる手段を有すること。




図3 接続例3：貯血槽を有さない回路

平成 19 年 6 月 16 日登録薬品（追加分）

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
シナロング錠(シルニジピン)	10mg/錠	持続性 Ca 拮抗降圧剤	キッセイ
ランタス注カート(インスリングラルギン)	300 単位/3mL/筒	持効型溶解インスリンアナログ製剤	サノフィ・アベンティス

※シルニジピン Cilnidipine

【商】シナロング Cinalong キッセイ
内用：錠剤 1 錠中 10mg [80 円/錠]

【効】高血圧症

【用】1 日 1 回 5～10mg を朝食後投与する。効果不十分の場合には、1 日 1 回 20mg まで増量することができる。重症高血圧症には 1 日 1 回 10～20mg を朝食後投与する。

【禁】妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【副】肝機能障害、黄疸、血小板減少 ① AST・ALT・LDH 上昇、ALP 上昇 ② クレアチニン・BUN 上昇、尿蛋白陽性、尿沈渣陽性 ③ 頭痛、頭重感、めまい、立ちくらみ、肩こり、眠気、不眠、手指振戦、もの忘れ ④ 顔面潮紅、動悸、熱感、心電図異常、血圧低下、胸痛、心胸郭比上昇、頻脈、房室ブロック、冷感、期外収縮 ⑤ 嘔気・嘔吐、腹痛、便秘、腹部膨満感、口渇、歯肉肥厚、胸やけ ⑥ 発疹、発赤、痒痒感、光線過敏症 ⑦ 白血球数・好中球・ヘモグロビン変動、赤血球数・ヘマトクリット・好酸球・リンパ球変動 ⑧ 浮腫、全身倦怠感、頻尿、コレステロール上昇、CK・尿酸・K・P 変動、脱力感、腓腸筋痙攣、眼周囲乾燥、目の充血刺激感、味覚異常、尿糖陽性、空腹時血糖・総蛋白・Ca・CRP 変動、咳嗽

【妊】禁忌

【授】原則回避、投与する場合は授乳中止

【小*】未確立

【貯】遮光

※インスリングラルギン Insulin Glargine

【商】ランタス<カート> Lantus
サノフィ・アベンティス

注射：液剤 ① 1 筒(3mL)中 300 単位

[1,844 円/筒]

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】初期は 1 日 1 回 4～20 単位をペン型注入器を用いて皮下注するが、ときに他のインスリン製剤を併用することがある。他のインスリン製剤を含めた維持量は、1 日 4～80 単位である。

【禁】低血糖症状を呈している患者、本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【副】低血糖、ショック、アナフィラキシー様症状 ① 蕁麻疹、発疹、痒痒感 ② AST・ALT 上昇 ③ 糖尿病網膜症の顕在化・増悪 ④ 浮腫、疼痛、痒痒感、硬結、発赤、蕁麻疹、腫脹、炎症、リポディストロフィー ⑤ Na 貯留、浮腫

【妊】未確立、注意 【授】注意

【小*】未確立

【貯】2～8℃、遮光

平成 19 年 7 月 1 日登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
ゼチーア錠(エゼチミブ)	10mg/錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	バイエル
ナゼア OD 錠(塩酸ラモセトロン)	0.1mg/錠	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	アステラス
アドエア 100 ディスカス アドエア 250 ディスカス アドエア 500 ディスカス (サルメテロールキシナホ酸塩・ フルチカゾンプロピオン酸エステル)	各 28 プリスター/キット	喘息治療配合剤	GSK
オルベスコ 100μg インヘラー-112 吸入用 オルベスコ 200μg インヘラー-56 吸入用 (シクレソニド)	11.2mg/6.6g/缶 11.2mg/3.3g/缶	吸入ステロイド喘息治療剤	帝人
ボルタレンテープ L (ジクロフェナクナトリウム)	30mg/10×14cm/枚	経皮鎮痛消炎剤	ノバルティス
アドベイト注射用(ルリオクトコグアルファ)	1,000 単位/V	遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤	バクスター

*エゼチミブ Ezetimibe

【商】ゼチーア Zetia バイエル
内用：錠剤 1 錠中 10mg [250.9 円/錠]

【効】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症、ホモ接合体性シトステロール血症

【用】1 回 10mg を 1 日 1 回食後投与する。

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (本剤と HMG-CoA 還元酵素阻害剤を併用する場合) 重篤な肝機能障害のある患者

【副】アナフィラキシー、血管神経性浮腫、発疹、横紋筋融解症、ミオパシー (精)頭痛、しびれ、めまい、坐骨神経痛 (消)便秘、下痢、腹痛、腹部膨満、悪心・嘔吐、アミラーゼ上昇、食欲不振、消化不良、逆流性食道炎、鼓腸放屁、口内炎、膵炎、胆石症、胆嚢炎 (肝) ALT・γ-GTP 上昇、AST・ビリルビン上昇、肝炎 (腎)蛋白尿、BUN 上昇 (循)期外収縮、動悸、血圧上昇 (筋)CK 上昇、関節痛、筋肉痛 (血)白血球減少、血小板減少 (皮)発疹、痒疹、蕁麻疹 (他)コルチゾール上昇、テストステロン低下、TSH・尿酸・P 値上昇、疲労、浮腫、帯状疱疹、単純疱疹、結膜炎

【妊】未確立、有益のみ

【授】原則回避、投与する場合は授乳中止

【小*】未確立

*塩酸ラモセトロン Ramosetron Hydrochloride

【商】ナゼア OD Nasea OD アステラス
内用：錠剤(口腔内崩壊錠) (劇) 1 錠中 0.1mg [1,684.5 円/錠]

【効】抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)

【用】0.1mg を 1 日 1 回投与する。

【副】ショック、アナフィラキシー様症状、てんかん様発作** (過)皮疹 (精)頭痛・頭重、眠気 (消)便秘 (腎)BUN 上昇 (肝)AST・ALT・LDH・ビリルビン上昇 (他)発熱

【妊】未確立、有益のみ 【授】授乳中止

【低・新・乳・幼・小】未確立

【貯】遮光

【商】アドエア<ディスカス> Adoair GSK
外用：吸入剤(ドライパウダー)

100・250・500：1 個 28 ブリスター(1 ブリスター中サルメテロールキシナホ酸各 50μg、フルチカゾンプロピオン酸エステル 100μg・250μg・500μg) [3,066 円・3,575.6 円・4,113.2 円/キット]

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β₂刺激剤の併用が必要な場合)

【用】100 ディスカス 1 吸入を 1 日 2 回吸入投与する。症状に応じて 250 ディスカス 1 吸入又は 500 ディスカス 1 吸入を 1 日 2 回吸入投与する。

【禁】有効な抗菌剤の存在しない感染症・深在性真菌症の患者、本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者 結核性疾患の患者

【副】ショック、アナフィラキシー様症状、K 値低下★ ⑥発疹、蕁麻疹、血管浮腫 ⑩呼吸器カンジダ症、嘔声、口腔・咽喉刺激感(異和感、疼痛、不快感等)、感染症、むせ、咳、味覚異常、口内乾燥、気管支攣縮 ⑪心悸亢進、血圧上昇、不整脈、脈拍増加 ⑫頭痛、振戦、睡眠障害 ⑬悪心、腹痛 ⑭筋痙攣、関節痛、浮腫、鼻炎、胸痛、高血糖

【妊】有益のみ 【授】授乳中止

【小*】未確立

*シクレソニド Ciclesonide

【商】オルベスコ Alvesco 帝人
外用：吸入剤

100μg：1 缶(6.6g)中 11.2mg [2,380.7 円/キット]

200μg：1 缶(3.3g)中 11.2mg [2,380.7 円/キット]

【効】気管支喘息

【用】100～400μg を 1 日 1 回吸入投与する。1 日の最大投与量は 800μg とする。1 日に 800μg を投与する場合は、朝、夜の 1 日 2 回に分けて投与する。

【禁】有効な抗菌剤の存在しない感染症・深在性真菌症の患者、本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者 結核性疾患の患者

【副】⑥発疹、痒痒、血管浮腫 ⑩呼吸器カンジダ症(不快感、疼痛)、嘔声、口渇、口腔カンジダ症、味覚異常、声のかすれ ⑪ AST・ALT 増加 ⑫倦怠感、頭痛 ⑬呼吸困難、尿中蛋白、胸部不快感、胸痛、気分不快、浮腫、動悸、気管支痙攣

【妊】有益のみ 【授】原則授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立

*ジクロフェナクナトリウム Diclofenac Sodium

【商】ボルタレン L Voltaren L ノバルティス
外用：テープ剤 1 枚(10×14cm)中 30mg

[40.7 円/枚]

【効】下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛(筋・筋膜性腰痛症等)、外傷後の腫脹・疼痛

【用】1 日 1 回患部に貼付する。

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等により誘発される喘息発作)又はその既往歴のある患者

【副】接触皮膚炎 ⑥皮膚炎、痒痒感、発赤、皮膚のあれ、刺激感、水疱、色素沈着、光線過敏症、浮腫、腫脹、皮膚剥脱

【妊】未確立、有益のみ

【小*】未確立

*ルリオクトコグアルファ Rurioctocog Alfa

【商】アドベイト Advate バクスター
注射：1 瓶中 1,000 単位 [74,053 円/瓶]

【効】血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者に対し、血漿中の血液凝固第Ⅷ因子を補い、その出血傾向を抑制する。

【用】本剤を添付の溶解液 5mL で溶解し、緩徐に静注又は点滴注入する。10mL/分を超えない速度で注入すること。用量は、1 回 10～30 単位/kg を投与する。

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【副】アナフィラキシー様症状 ⑩上腹部痛、下痢、悪心 ⑪胸痛、異常感、発熱、悪寒、疲労 ⑫鼻咽喉炎 ⑬処置後局所反応、処置後出血、処置後合併症 ⑭凝固第Ⅷ因子量・ヘマトクリット減少、単球数増加、臨床検査異常、抗リン脂質抗体・抗第Ⅷ因子抗体陽性 ⑮浮動性めまい、頭痛、味覚異常、片頭痛、記憶障害、振戦 ⑯呼吸困難 ⑰痒痒症、多汗症、蕁麻疹、紅斑、斑状皮疹 ⑱ほてり、血腫、リンパ管炎、蒼白、潮紅

【妊】未確立、有益のみ

【貯】2～8℃

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
アクトネル錠(リセドロン酸ナトリウム水和物)	17.5mg/錠	骨粗鬆症治療剤	エーザイ
セレコックス錠(セレコキシブ)	100mg/錠 200mg/錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	アステラス
フルダラ錠(リン酸フルダラビン)	10mg/錠	抗悪性腫瘍剤	シエーリング
オキサロールローション(マキサカルシトール)	10g/本	尋常性乾癬等角化症治療剤	マルホ

＊リセドロン酸ナトリウム水和物

Sodium Risedronate Hydrate

【商】アクトネル Actonel エーザイ
内用：錠剤(丸) 1 錠中 17.5mg [846.6 円/錠]

【効】骨粗鬆症

【用】17.5mg を 1 週間に 1 回、起床時に十分量(約 180mL)の水とともに投与する。服用後少なくとも 30 分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

【禁】食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食道通過を遅延させる障害のある患者、本剤の成分あるいは他のビスフォスフォネート系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者、低カルシウム血症の患者、服用時に立位あるいは坐位を 30 分以上保てない患者、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人、高度な腎障害のある患者

【副】食道穿孔、食道狭窄、食道潰瘍、胃潰瘍、食道炎、十二指腸潰瘍、肝機能障害、黄疸、顎骨壊死・顎骨骨髓炎 (消)胃不快感、便秘、上腹部痛、悪心、胃炎、下痢、腹部膨満感、消化不良、味覚異常、口内炎、口渇、嘔吐、食欲不振、軟便、おくび、舌炎、十二指腸炎、鼓腸 (過)瘡痒症、発疹、紅斑、蕁麻疹、皮膚炎、血管浮腫 (肝)γ-GTP・AST・ALT 増加、ALP 増加、LDH 増加 (眼)眼痛、霧視、ぶどう膜炎 (血)貧血、白血球数減少、好中球数減少、リンパ球数増加 (精)めまい、頭痛、感覚減退、耳鳴、傾眠 (筋)骨・骨格痛、Ca 減少 (他)尿潜血陽性、倦怠感、BUN 増加、ALP・P 減少、尿中β₂ミクログロブリン増加、浮腫、ほてり、無力症、動悸、脱毛

【妊】禁忌

【授】回避、投与する場合は授乳中止

【小*】未確立

＊セレコキシブ Celecoxib

【商】セレコックス Celecox アステラス
内用：錠剤(丸) 1 錠中 100mg [83.7 円/錠]
200mg [128.9 円/錠]

【効】下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛：(1)関節リウマチ、(2)変形性関節症

【用】(1)1 回 100～200mg を 1 日 2 回、朝・夕食後に投与する。(2)1 回 100mg を 1 日 2 回、朝・夕食後に投与する。

【警】外国において、シクロオキシゲナーゼ(COX)-2 選択的阻害剤等の投与により、心筋梗塞、脳卒中等の重篤で場合によっては致命的な心血管系血栓塞栓性事象のリスクを増大させる可能性があり、これらのリスクは使用期間とともに増大する可能性があると報告されている。

【禁】本剤の成分又はスルホンアミドに対し過敏症の既往歴のある患者、アスピリン喘息(非ステロイド性消炎・鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者、消化性潰瘍のある患者、重篤な肝障害のある患者、重篤な腎障害のある患者、重篤な心機能不全のある患者、冠動脈バイパス再建術の周術期患者、妊娠末期の婦人

【副】ショック、アナフィラキシー様症状、消化性潰瘍、消化管出血、消化管穿孔、心筋梗塞、脳卒中、心不全、うっ血性心不全、肝不全、肝炎、肝機能障害、黄疸、再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少症、血小板減少症、急性腎不全、間質性腎炎、Stevens-Johnson 症候群、Lyell 症候群、多形紅斑、剥脱性皮膚炎 (全)倦怠感、口渇、末梢性浮腫、悪寒、全身浮腫、疲労、インフルエンザ様疾患、体重増加 (精)傾眠、頭痛、浮動性めまい、味覚異常、酩酊感、不眠症、睡眠障害、錯乱状態、不安、幻覚、筋緊張亢進、無嗅覚 (肝)AST・ALT 増加、

γ-GTP・ALP 増加 (代) BUN・CK 増加、食欲不振、LDH 増加、尿糖陽性、糖尿病、K 増加、Na 増加 (消) 腹痛、口内炎、下痢、悪心、鼓腸、消化不良、便潜血陽性、便秘、胃炎、口内乾燥、舌障害、胃腸障害、嘔吐、口角びらん、舌炎、腹部膨満、口腔内痛、食道炎、口の感覚鈍麻、歯の脱落、口腔内潰瘍、嚥下障害、胃食道逆流性疾患、膵炎、憩室、過敏性腸症候群、痔出血、排便回数増加 (注) β2-マイクログロブリン増加、NAG 増加、尿潜血陽性、尿蛋白陽性、多尿、尿閉、頻尿、腎結石症、良性前立腺肥大症、前立腺炎、PSA 増加、クレアチニン増加 (循) 高血圧、潮紅、高血圧増悪、動悸、不整脈、頻脈、洞性徐脈、狭心症、不安定狭心症、大動脈弁閉鎖不全症、冠動脈硬化症、心室肥大、深部静脈血栓症、血腫 (呼) 咽頭炎、鼻出血、気管支炎、咳嗽、鼻炎、副鼻腔炎、呼吸困難、発声障害 (皮) 発疹、掻痒症、顔面浮腫、紅斑性皮疹、湿疹、蕁麻疹、点状出血、斑状丘疹状皮疹、皮膚乾燥、頭部粗糠疹、多汗、皮膚炎、斑状出血、光線過敏性反応、脱毛症、水疱性皮膚炎 (覚) 耳鳴、回転性めまい、耳痛、霧視、硝子体浮遊物、結膜出血、聴力低下 (他) 背部痛、筋硬直、関節痛、四肢痛、不正子宮出血、月経障害、ウイルス感染、貧血、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン増加、真菌感染、細菌感染、ヘリコバクター感染、尿路感染、上気道感染、耳感染、帯状疱疹、丹毒、創傷感染、歯肉感染、迷路炎、アレルギー増悪、無菌性髄膜炎、筋痙攣、脂肪腫、ガングリオン、腔出血、乳房圧痛、卵巣嚢胞、閉経期症状、テストステロン減少、上顎炎、腱断裂、骨折、損傷

【妊】未確立、有益のみ、妊娠末期：禁忌

【授】授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立

＊リン酸フルダラビン Fludarabine Phosphate

【商】フルダラ Fludara シエーリング
内用：錠剤(丸) 1錠中 10mg [3,688.2 円/錠]

【効】再発又は難治性の下記疾患：低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

【用】40mg/m²を1日1回5日間連日投与し、23日間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

体表面積により、次の投与量を1日用量とする。
0.89～1.13m²：40mg、1.14～1.38m²：50mg、
1.39～1.63m²：60mg、1.64～1.88m²：70mg、
1.89～2.13m²：80mg、2.14～2.38m²：90mg

【警】◆本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に本剤の有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。◆骨髓抑制により感染症又は出血傾向等の重篤な副作用が増悪又は発現することがあるので、頻回に臨床検査(血液検査、肝機能・腎機能検査等)を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。◆遷延性のリンパ球減少により、重症の免疫不全が増悪又は発現する可能性があるため、頻回に臨床検査(血液検査等)を行うなど、免疫不全の兆候について綿密な検査を行うこと。◆致命的な自己免疫性溶血性貧血が報告されているため、自己免疫性溶血性貧血の既往歴の有無、クームス試験の結果に拘わらず、溶血性貧血の兆候について綿密な検査を行うこと。◆放射線非照射血の輸血により移植片対宿主病(GVHD)があらわれることがあるため、本剤による治療中又は治療後の患者で輸血を必要とする場合は、照射処理された血液を輸血すること。◆ペントスタチンとの併用により致命的な肺毒性が報告されているため併用しないこと。

【禁】重篤な腎障害のある患者(クレアチニンクリアランス<24 時間蓄尿により測定>が 30mL/分未満の患者)、妊婦又は妊娠している可能性のある女性、ペントスタチンを投与中の患者、リン酸フルダラビンにより溶血性貧血を起こしたことがある患者、本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【副】骨髓抑制、間質性肺炎、精神神経障害、腫瘍崩壊症候群、重症日和見感染、自己免疫性溶血性貧血、自己免疫性血小板減少症、赤芽球癆、消化管出血、出血性膀胱炎、Stevens-Johnson 症候群、Lyell 症候群、心不全 (呼) 上気道炎、鼻咽頭炎、咽頭炎、咳、アレルギー性鼻炎、喘鳴、呼吸困難、呼吸障害、低酸素症 (消) 悪心、食欲不振、下痢、便秘、胃部不快感、口内炎、腹痛、消化不良、嘔吐、口唇疱疹 (精) 頭痛、不眠、め

まい、感覚減退、脱力感、下肢知覚異常、手指感覚異常、視力障害、視神経炎、視神経障害、下垂手 ㉔不整脈、動悸、浮腫、脈拍数増加 ㉕代謝性アシドーシス、酵素素変化 ㉖ ALT・AST・LDH・総ビリルビン・ALP・γ-GTP 上昇、アルブミン低下、総蛋白減少、ウロビリニン尿、黄疸 ㉗発疹、表皮剥離、皮膚瘙癢症 ㉘高尿酸血症、蛋白尿、高カリウム血症、低ナトリウム血症、クレアチニン上昇、BUN 上昇、低カルシウム血症、高リン酸血症 ㉙尿中結晶 ㉚ CRP 上昇、疲労、発熱、体重減少、腰痛、筋肉痛、神経痛、味覚異常、倦怠感、多汗、潮紅、疼痛、水痘、悪寒

【妊】禁忌

【授】回避、投与する場合は授乳中止

【低・新・乳・幼・小】未確立

*マキサカルシトール Maxacalcitol

【商】オキサロール Oxarol マルホ

外用：ローション剤㉛

0.0025% (10g) [143.8 円/g]

【効】尋常性乾癬、魚鱗癬群、掌蹠角化症

【用】1 日 2 回適量を患部に塗擦する。

【禁】本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【副】高カルシウム血症、急性腎不全 ㉜瘙癢症、皮膚刺激、紅斑、皮膚剥脱、鱗屑性皮炎、接触性皮膚炎、湿疹、発疹、水疱、毛包炎、色素沈着障害、皮膚潰瘍、腫脹、疼痛、熱感 ㉝増殖性糸球体腎炎、尿中蛋白陽性、クレアチニン・BUN 上昇 ㉞ Ca 上昇、口渇、ALP 上昇、P 増加、アルブミン減少、CK 増加、尿中ブドウ糖陽性 ㉟食欲不振 ㊱γ-GTP 上昇、AST・ALT 上昇、ビリルビン増加、尿中ウロビリニン陽性 ㊲血小板数減少、白血球数減少・増加 ㊳㊴背部痛

【妊】未確立、原則禁忌、投与する場合は有益のみ

【授】原則禁忌、投与する場合は授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立

医薬品等安全性情報報告の依頼について

平成 15 年 7 月 30 日から医薬品や医療機器による健康被害から国民を守るための国への安全性情報の報告が制度化されており、医療機関からの報告が義務化されています。以下に制度の趣旨等について記述致しました。医薬品等の使用に伴い副作用等が発生した場合は、必ず報告をお願いします。

また、報告症例がある場合には、薬剤部（医薬品情報管理室(内線 7083)あるいは各病棟担当薬剤師）にご連絡下さい。報告書の作成についてご協力させて頂きます。

医療用医薬品 一般用医薬品 化粧品・部外品		医薬品安全性情報報告書		健康食品等の使用によると疑われる健康被害については、この様式を用いず、最寄りの保健所へご連絡下さい。	
患者イニシャル	性別 男・女	副作用等発現年齢 歳	身長 cm	体重 kg	妊娠 無・有(妊娠 通)・不明
原疾患・合併症 1. 2.	既往歴 1. 2.	過去の副作用歴(無・有・不明) 医薬品名: 副作用名:		その他特記すべき事項 ☐ 飲酒() ☐ 喫煙() ☐ アレルギー() ☐ その他()	
副作用等の症状・異常所見 1. 2.					
(発現日: 年 月 日)					
(発現日: 年 月 日)					
副作用等の転帰(転帰日 年 月 日) ☐ 回復 ☐ 軽快 ☐ 未回復 ☐ 後遺症有り(症状) ☐ 死亡 ☐ 不明 胎児について ☐ 胎児に影響あり ☐ 胎児死亡			副作用等の重篤度について ☐ 重篤 ☐ 死亡 ☐ 障害 ☐ 死亡又は障害につながるおそれ ☐ 治療のために入院または入院期間の延長 ☐ 上記に準じて重篤である ☐ 後世代における先天性の疾病又は異常 ☐ その他		
被疑薬(商品名でも可) 最も関係が疑われる被疑薬に○: 名称	製造業者等の 名称	投与経路	一日投与量 (1回量×回数)	投与期間 (開始日～終了日)	使用理由
その他使用医薬品(商品名でも可)					
副作用等の発生及び処置等の経過 年 月 日					
影響を及ぼすと考えられる上記以外の処置・診断: 無・有 有りの場合 → ☐ 放射線療法 ☐ 輸血 ☐ 手術 ☐ 麻酔 ☐ その他【 】)					
再投与: 無・有 有りの場合→再発: 無・有					
報告日: 平成 年 月 日 (受取書を送るのに必要ですので住所をご記入ください)					
報告者 氏名: (職名:)		施設名: 住 所: 電 話: FAX:			
○報告者が処方医以外の場合 → 処方医との情報共有: 有・無 ○最も関連の疑われる被疑薬の製造業者等への情報提供: 有・無					
○ファックスでのご報告は、下記のところまでお願いします。両面ともお送りください。 (FAX: 03-3508-4364 厚生労働省医薬食品局安全対策課)					

これらの制度の対象となると思われるときには、その患者にこれらの制度を紹介いたします。

医薬品や医療機器による健康被害から国民を守るため 安全性情報の報告をお願いします

制度の趣旨

本制度は、日常、医療の現場においてみられる医薬品又は医療機器の使用によって発生する健康被害等（副作用、感染症及び不具合）の情報を薬事法に基づき、医薬関係者等が直接厚生労働大臣に報告する制度です。報告された情報は専門的観点から分析、評価され、必要な安全対策を講じるとともに、広く医薬関係者に情報を提供し、医薬品及び医療機器の市販後安全対策の確保を図ることを目的としています。

報告対象施設・報告者

全ての医療機関及び薬局を対象とし、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他病院等において医療に携わる者のうち業務上医薬品又は医療機器を取り扱う方が報告者になります。

報告対象となる情報

医薬品又は医療機器の使用による副作用、感染症又は不具合の発生（医療機器の場合は、健康被害が発生するおそれのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報（症例）が報告の対象となります。なお、医薬品又は医療機器との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となりえます。（※平成 17 年 7 月 6 日より、感染症に関する報告について、重篤度に関わらず全ての症例を報告対象とすることに改められました。）

情報の取扱いと秘密保持

報告された情報については、原則として、厚生労働省から独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通じて当該医薬品又は医療機器を供給する製造業者等へ情報提供致します。当該製造業者等は、報告を行った医療機関等に対し詳細調査を実施する場合があります。

また、報告された情報については、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は公表致しません。

報告用紙及び報告方法

【郵送又はファックスによる場合】

報告用紙（医薬品安全性情報報告書又は医療機器安全性情報報告書）は薬剤部で用意しております。また、電子カルテ・オンラインマニュアル、薬剤部ホームページ（<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>）あるいは医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）にも掲載されております。報告項目を記載の上、薬剤部・医薬品情報管理室（内線：7083）へ提出して下さい。薬剤部が必要事項を記入の上、厚生労働省医薬食品局安全対策課へ報告します。

【電子的な方法による場合】

「厚生労働省電子申請・届出システム」をご参照の上、「医療機関等からの医薬品の副作用等報告」又は「医療機関等からの医療機器の不具合報告」から、リンク先で提供している所定の様式により報告ください。この時、報告用紙の写しを薬剤部・医薬品情報管理室（内線：7083）へ提出して下さい。

報告期限

特に報告期限はありませんが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告してください。

その他

- (1) 本制度は、医薬品又は医療機器を対象としたものですが、医薬部外品及び化粧品についても、健康被害等の情報を知った場合には、医薬品安全性情報報告書により報告をお願いします。
- (2) 健康食品・無承認無許可医薬品によると疑われる健康被害については、平成 14 年 10 月 4 日付医薬発第 1004001 号厚生労働省医薬局長通知「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」に従い、最寄りの保健所に連絡ください。
- (3) 報告者に対しては、安全性情報受領確認書の交付を行います。
- (4) 医薬品の副作用による健康被害については医薬品副作用被害救済制度が、また、生物由来製品を介した感染症等による健康被害については生物由来製品感染等被害救済制度がありますのでご了承ください。報告される副作用や感染症等がこれらの救済制度の対象となると思われるときには、これらの救済制度について、健康被害を受けたご本人等にご紹介くださいますようお願いいたします。