

DRUG

INFORMATION



2015 No. 14

平成27年5月8日発行

加湿器用蒸留水の取扱いにあたっての注意点

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

加湿器用蒸留水の取扱いにあたっての注意点

5月18日(月)より RST(呼吸サポートチーム)、医療安全管理室からの依頼に基づき、人工呼吸器や NPPV(非侵襲的陽圧換気などの加温水に使用するための加湿器用蒸留水として、『大塚蒸留水 500mL(ゴム栓)』を新たに追加剤型として取扱うこととしました。

本製剤は従来より採用している『大塚蒸留水 500mL(広口開栓)』の開口部がゴム栓になった製剤(各製剤については下図を参照)ですが、各製剤は外観が類似しているため取り間違えに注意が必要です。



開栓部

従来より採用している大塚蒸留水



開栓部

新たに追加採用する大塚蒸留水

本製剤の使用にあたっては、以下の点にご注意いただきますようお願い致します

【使用上の注意点】

1. **点滴での使用は禁止!!** (注射用水として使用しないこと。)
2. 本製剤は**物流での請求**のみ (物流での請求名は従来の大塚蒸留水との区別のため**「加湿器用蒸留水 500mL」**とします。)
3. 必ず**他の注射薬と保管場所を変えること**。
4. 本製剤の用途は人工呼吸器や NPPV などの**加温水のみ**に限定すること。

ご不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理(内線 7083)あるいは注射薬管理室(内線 8312)までご連絡下さい。