



2024年12月5日発行

## MRI検査時に除去すべき経皮吸収製剤について —ニュープロパッチは除外されました—

支持体にアルミニウムを含有する経皮吸収製剤を貼付したままMRI検査を実施すると熱傷を発生する可能性があるため、前もって除去することとされています。

以下にMRI検査時に除去すべき経皮吸収製剤を示します。

### ★MRI検査時に除去すべき経皮吸収製剤

#### ニコチネルTTS



#### ニトロダームTTS



#### ノルspanテープ



#### エムラパッチ



ニュープロパッチは支持体に変更となったため、MRI検査時に除去すべき経皮吸収製剤から除外されました。

### ★MRI検査時に除去すべき経皮吸収製剤から除外

#### ニュープロパッチ



不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責：丹羽今日子)