

1. MRI 検査時に除去が必要な経皮吸収製剤

支持体にアルミニウムを含有する下記の経皮吸収製剤については、貼付したまま MRI 検査を実施すると熱傷を発生する場合はあるため、前もって除去すること。

表 1. MRI 検査時に除去が必要な経皮吸収製剤（支持体にアルミニウムを含有）

ニコチネル TTS	禁煙補助剤
ニトロダーム TTS	抗狭心症剤
ニュープロパッチ	パーキンソン病治療剤
ノルスパンテープ	非麻薬性鎮痛剤
エムラパッチ※	局所麻酔剤

※本院非採用品目

2. MRI 検査時に除去の必要がない経皮吸収製剤

表1以外の経皮吸収製剤についてはMRI検査時の熱傷の報告はないため、貼付したまま検査を実施して差し支えない。

表2. MRI 検査時に除去の必要がない経皮吸収製剤（五十音順）

GS プラスター	パッペン K パップ
MS 温シップ、同冷シップ	ハルロピテープ
アコニップパップ	ビソノテープ
アドフィードパップ	ファルジーテープ
アレサガテープ	フェルビナクテープ、同パップ
イクセロンパッチ	フェンタニル1日用テープ、同3日用テープ
イドメシンコーワパップ	フェントステープ
インサイドパップ	フランドルテープ
インテナーズパップ	フループテープ
インドメタシンパップ	フルルバンパップ
エクラープラスター	フルルビプロフェンテープ
エストラーナテープ	ペンレステープ
カトレップテープ、同パップ	ホクナリンテープ
ケトプロフェンテープ、同パップ	ボチシート
コリフメシンパップ	ボルタレンテープ
ジクロフェナク Na テープ、同パップ	ミニトロテープ
ジクロフェナクナトリウムテープ	ミリステープ
硝酸イソソルビドテープ	ミルタックスパップ
スミルテープ	メディトランステープ
ゼポラステープ	メノエイドコンビパッチ
ゼムパックパップ	モーラステープ、同パップ
セラスターテープ	ヤクバンテープ
セルスポットパップ	ユーパッチテープ
セルタッチテープ、同パップ	ラクール温シップ、同冷シップ
ソフラチュール貼付剤	ラクティオンパップ
ツロブテロールテープ	ラフェンタテープ
デュロテップ MT パッチ	リドカインテープ
ドレニゾンテープ	リバスタッチパッチ
ナボールテープ、同パップ	リフラップシート
ニトラステープ	ロキソニンテープ、同パップ
ニトログリセリンテープ	ロキソプロフェン Na テープ、同パップ
ネオキシテープ	ロキソプロフェンナトリウムテープ、同パップ
ハーネシップ	ロコアテープ
バソレーターテープ	ロナセンテープ
パッチテストテープ、同パネル	ワンデュロパッチ
ハップスターID	